

Приложение
к Приказу Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики
от «03» октября 2018 г. №92

Область аккредитации
поверочной лаборатории Локомотивного депо Ясиноватая ГП «Донецкая железная дорога»
ДНР, 86000, г. Ясиноватая, 1121 км., зд.10

Поверка средств измерений

ДР

(шифр поверочной лаборатории)

| № п/п | Вид измерений | Наименование, тип, группа средств измерений | Метрологические требования | |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | Диапазон измерений | Погрешность и (или) класс, разряд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Измерения механических величин | Скоростемеры локомотивные механические | от 5 до 150 км/час от 0 до 8кгс/см ² от 0 до 1800 с от 0 до 999999 км | γ показаний = $\pm 1,5\%$ γ регистрации = $\pm 2,25\%$ γ сигнализации = $\pm 2,5\%$ γ регистрации = $\pm 2,5\%$ $\Delta = \pm 30$ с Δ регистрации 20 км отрезка пути = $\pm 0,4$ км |